



ДО  
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА  
РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН  
КОМПЛЕКС“ ЕАД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
„Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на апарати за резонансна  
електромагнитофореза“

Настоящото техническо предложение е подадено от Даниел Йорданов Христов – Регионален мениджър продажби БП – Консумативи, в качеството му на Пълномощник на Изпълнителен директор на „Софарма Трейдинг“ АД,, ЕИК 103267194, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1756, район Изгрев, ул. “Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда «А», етаж 12

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на апарати за резонансна електромагнитофореза“.

Декларираме, че сме запознати и приемаме изискванията на Възложителя, заложи в Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка.

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните условия:


1. Цена за изпълнение: съгласно Ценово предложение – по образец, придружено от Таблица с единични цени – по образец (на електронен носител във формат Microsoft Excel);
2. Начин на плащане: съгласно условията на проекта на договор;
3. Техническо съответствие: съгласно Сравнителна таблица за съответствие (по образец) – приложение към техническото предложение;
4. Срок на доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на апаратите – предмет на поръчката след сключването на договор (най-малко 10 календарни дни и най-много 30 календарни дни): **30 календарни дни**;
5. Срок на гаранционно сервизно обслужване на апаратите след подписването на приемо-предавателен протокол за извършени доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация - 24 месеца;
6. Срок на валидност на офертата (най-малко 120 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти): 120 календарни дни.

Приложения:

1. Сравнителна таблица за съответствие (по образец);
2. Сертификат или декларация от производителя за нанесена CE маркировка или за съответствие с Директива 93/42/ЕС;
3. Оригинални каталози и брошури и други подходящи материали, от които да е видно

  
София, 1756  
ул. “Лъчезар Станчев” 5

София, Бизнес Тауърс,  
сграда А, етаж 12



тел.: +359 2 8133 660  
факс: +359 2 8133 666  
www.sopharmatrading.bg

*[Handwritten mark]*



съответствието с посочените в Сравнителната таблица техническите характеристики на апаратите и с изискванията на Техническата спецификация;

Дата: 20.11.2015 г.

**ИМЕ И ФАМИЛИЯ:** Даниел Христов  
**Регионален мениджър продажби БП -**  
**Консумативи**  
Подпис (и печат):

sopharma trading  
evolution in healthcare  
55



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АПАРАТИ	ПРОИЗВОДИТЕЛ
Апарати за резонансна електромагнитна офореза	5 броя	<p>1. Апаратите да стимулират абсорбцията на медицински изделия, съдържащи колаген през кожата чрез използването на носители под формата на гел.</p> <p>2. Апаратите да притежават възможност да измери продължителността на третирането чрез използването на цифров таймер с обратно броене.</p> <p>3. Апаратите да са окомплектовани със следните принадлежности:</p> <p>3.1. съд за подготовка на сместа за офореза;</p> <p>3.2. четки за нанасяне;</p> <p>3.3. индуктор за тяло – 1 бр.;</p> <p>3.4. индуктор за малки зони (акупунктурни точки) – 1 бр.</p> <p>4. Честота на магнитното поле – до 100 Hz.</p> <p>5. Интензитет на магнитното поле – до 100 Gauss.</p> <p>6. Биологично активно вещество – колагенов разтвор.</p> <p>7. Постоянно и/или импулсно магнитно поле.</p> <p>8. Възможност за регулиране на дълбочината на проникване на препратата.</p>	<p>1. Апаратите стимулират абсорбцията на медицински изделия, съдържащи колаген през кожата чрез използването на носители под формата на гел.</p> <p>2. Апаратите притежават възможност да се измери продължителността на третирането чрез използването на цифров таймер с обратно броене.</p> <p>3. Апаратите са окомплектовани със следните принадлежности:</p> <p>3.1. съд за подготовка на сместа за офореза;</p> <p>3.2. четки за нанасяне;</p> <p>3.3. индуктор за тяло – 1 бр.;</p> <p>3.4. индуктор за малки зони (акупунктурни точки) – 1 бр.</p> <p>4. Честота на магнитното поле – до 100 Hz.</p> <p>5. Интензитет на магнитното поле – до 100 Gauss.</p> <p>6. Биологично активно вещество – колагенов разтвор.</p> <p>7. Постоянно и/или импулсно магнитно поле.</p> <p>8. Възможност за регулиране на дълбочината на проникване на</p>	ZENER S.r.l.



Указания за попълване:

В Колона № 3 са посочени изискванията на Възложителя, на които трябва да отговарят оферираните апарати за резонансна електромагнитофореза.

В Колона № 4 участникът попълва характеристиките на оферираните апарати, за да се установи дали те съответстват напълно на заложените в колона № 3 изисквания на Възложителя.

В колона № 5 участникът попълва производителя на оферираните апарати.

Дата: 17.11.2015 г.

**ИМЕ И ФАМИЛИЯ:** Даниел Христов  
**Регионален мениджър продажби БП -**  
**Консумативи**

Подпис (и печат):

  
sopharma trading  
evolution in healthcare  
55