



**„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ -
НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД**
носител на златна международна награда
за мениджмънт и качество



София 1142, бул. "В. Левски" № 54; тел.: + 359 02/ 988 59 05; факс: + 359 02/ 987 61 21; email: sbr_nks@mail.orbitel.bg; <http://www.rehabilitatzia-bg.com>

53-140 18-05-2016

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ОТНОСНО: Постъпило писмено искане за разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, обучение за работа и гаранционно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на тринадесет филиала на „СБР-НК“ ЕАД по осем обособени позиции“, открита с Решение № РД-09-97-1/11.04.2016 г. на изпълнителния директор на „СБР-НК“ ЕАД, с уникален номер 00120-2016-0006 в РОП.

Във връзка с постъпило на 16.05.2016 г. в „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД писмено искане, на основание чл. 29, ал.2 от ЗОП от 2004 г. правя следните разяснения по документацията на горепосочената обществена поръчка:

Въпрос № 1: Във връзка с обособена позиция № 4 „Апаратура за водоление“, Номенклатурна единица № 9: „Сух тангентор“ в таблицата за съответствие, приложение към техническото предложение е записано като минимално техническо изискване: „Размер на апарата – 2360 / 915 / 540 см (+ / - 20 см)“, което значи, че апаратът трябва да е с дължина мин. 23,6 м. Моля да разясните дали става въпрос за техническа грешка и вместо „Размер на апарата – 2360 / 915 / 540 см (+ / - 20 см)“ следва да се чете „Размер на апарата – 2360 / 915 / 540 мм (+ / - 20 мм)“?

Отговор: Да, допусната е техническа грешка. Вместо „Размер на апарата – 2360 / 915 / 540 см (+ / - 20 см)“ следва да се чете „Размер на апарата – 2360 / 915 / 540 мм (+ / - 20 мм)“.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „СБР-НК“ ЕАД:**

Плумелина Мичева