

Общомедицински център № 6 Дефибрилатор

№

Апарат

Технически изисквания

6.1. Дефибрилатор

- Бифазна форма на импулса
- Минимален диапазон на енергията 1-360 J
- Максимално време за зареждане до 200 J – 3 секунди и до 360 J – 5 секунди
- Наличие на полуавтоматичен (AED) и ръчен режим на работа
- Наличие на вграден блок пейсмейкър с възможност за работа в минимум следните режими – “ ON DEMAND” и “FIXED”
- Наличие на графичен дисплей с минимален размер на диагонала – 7 инча
- Наличие на вграден термопринтер
- Възможност за снемане на 12 канала ЕКГ чрез кабел с 10 отвеждания
- Визуализация на 12-канала едновременно на дисплея
- Наличие на ръкохватки за многократна употреба с вградени бутони за контрол на дефибрилацията
- Наличие на кабел за еднократни електроди за дефибрилация
- Контрол на зареждането и разреждането директно от лъжичките
- Възпроеждеване на гласови съобщения

